To: [redacted] | Gupta Strategists[[redacted]@gupta-strategists.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 5/19/2021 5:35:22 PM
Subject: Re: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest
Received: Wed 5/19/2021 5:35:27 PM
~WRD0000.jpg

Ach [redacted], graag gedaan, maar is allemaal effort van “team GGD-A’dam□*

[redacted]
GGD-Amsterdam
Email: [redacted]@ggd.amsterdam.nl<[redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Mobile: [redacted]<tel:[redacted]>

“[redacted]!”

Sent from my iPhone

Op 19 mei 2021 om 19:27 heeft [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl> het volgende geschreven:

Hallo [redacted],

Ik wilde je nog bedanken voor de toegestuurde input, erg waardevol!

Groet,

[redacted]

[https://gupta-strategists.nl/storage/images/general/logo.png]

[redacted]
GUPTA STRATEGISTS

[redacted]<tel[redacted]>
[redacted]@gupta-strategists.nl<[redacted]@gupta-strategists.nl>
[LinkedIn]<[redacted]>

gupta-strategists.nl<http://gupta-strategists.nl/>
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: [redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Sent: 19 May 2021 11:15
To: [redacted] | Gupta Strategists <[redacted]@gupta-strategists.nl>; [redacted]@berenschot.nl>
Cc: [redacted]@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest

Ha [redacted],
Hieronder in rood, mijn bijdrage. De nummers corresponderen met elkaar mbt de hoofdvragen (situatie, aanpassingsvoorstel, resultaat, 1 hoort bij 1, hoort bij 1, etc)). Of dit allemaal technisch mogelijk zal zijn, weet ik niet, maar ik denk graag “out of the box”.
Vr grt,
[redacted]

* Situatie: welke inzichten in de data geven aanleiding tot de voorgestelde aanpassing?
    * Onverwacht hoge aantal “onbeoordeelbare” uitslagen, die deels abusievelijk als onbeoordeelbaar lijken te zijn geclassificeerd door afnemer en/of keyuser.
    * Tav de RAI spelen misschien nog steeds verstorende factoren een rol tgv de evt uitlaatgassen afkomstig uit de hal ernaast.
    * Gedeeltelijk kan hoge aantal onbeoordeelbaren hier misschien niet alleen door beoordelingsfouten worden verklaard. Wellicht kunnen andere fysiologische/pathologische factoren binnen de testpopulatie, vanuit de client zelf, die misschien anders zijn, dan enkele maanden geleden (bijv. andere virusvarianten, reeds infectie hebben doorgemaakt, meer gevaccineerden), de evt uitslag beïnvloeden?
    * Mogelijk spelen omgevingsfactoren een rol. Hoewel er op de reguliere momenten omgevingstesten worden uitgevoerd, kan de omgeving misschien sneller fluctueren, dan de tijdsintervallen tussen de omgevingsmetingen. Hierdoor worden er misschien metingen verricht, terwijl er eigenlijk een nieuwe omgevingsmeting zou moeten worden uitgevoerd.
    * Wanneer een omgevingsmeting als onvoldoende zou moeten worden beoordeeld door afnemer of keyuser, kan wanneer dit over het hoofd wordt gezien, of verkeerd beoordeeld, het apparaat gewoon metingen blijven uitvoeren.
    * Er moeten nog wat meer data worden verzameld mbt het aantal “fout negatieven”, tov het totaal aantal positieve cases.
* Voorstel aanpassing: hoe ziet de aanpassing er concreet uit?
    * Verbetering opleiding, training, opfrissen van kennis afnemers en keyusers, met name mbt een duidelijker gedecideerdere uitleg, begeleiding en coaching van clienten voor en tijdens de ademtestafname; Tevens vergemakkelijken van het aflezen van de curves door ook op de y-as met cursor de exacte waardes te kunnen aflezen.
    * De deuren (die de cafetaria ruimte (naast de testruimte) verbinden met de aanpalende drive-thru straat, zouden beter en continu moeten kunnen worden afgesloten, waardoor uitlaatgassen minder makkelijk naar testruimte zouden kunnen doordringen. Er zou wellicht een soort sluisconstructie kunnen worden gemaakt, ipv de huidige constructie dmv gordijnen icm openstaande deuren.
    * Nader wetenschappelijk onderzoek naar overige determinanten, die de chemische samenstelling van uitgeademde lucht zouden kunnen beinvloeden?
    * Inbouwen in proces van een continue omgevingsmeting, die een alarm afgeeft, wanneer de omgeving verstoringen zou kunnen vertonen.
    * Een modus inbouwen, die het apparaat doet stoppen, wanneer de vooraf uitgevoerde omgevingsmeting onvoldoende blijkt.
    * Doorgaan met robuuste verificatie, totdat een grotere samplesize bereikt is en meer/diepgaandere analyse van de data.
* Verwacht resultaat: welke verandering in uitkomst is verwacht?
    * Vermindering van het percentage onbeoordeelbare uitslagen, daardoor betere “opbrengst” van de testmethode.
    * Vermindering van de verstorende invloed van uitlaatgassen die zouden kunnen doordringen tot testruimte, met daardoor minder verstoringen van de omgevingslucht en daardoor betere uitslagen.
    * Verbeterd inzicht in mogelijke oorzaak hoger aandeel onbeoordeelbare uitslagen
    * Verstoringen van de omgevingslucht zouden dan sneller kunnen worden gedetecteerd, waarop men sneller ook een omgevingsmeting van de overige Spironoses zou kunnen uitvoeren, waardoor het aantal onbeoordeelbare testen zou kunnen worden teruggebracht.
    * Dmv deze blokkeringsmodus kan worden nagestreefd, dat een groot aantal metingen in de uren na een evt gemaakte foute beoordeling kunnen worden voorkomen.
    * Door een grotere samplesize en meer data kan een beter beeld worden geschetst van de omvang van het aantal fout negatieven en kunnen evt ook mogelijke oorzaken daarvoor inzichtelijk worden gemaakt, zodat ook daar oplossingen voor kunnen worden bedacht. Uiteindelijk zal dit ook de sensitiviteit van de ademtesten op de RAI verbeteren.

Van: 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists <5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 17:42
Aan: 5.1.2e 5 5.1.2e <5.1.2e @berenschot.nl>
Onderwerp: RE: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest

Beste allen,

In navolging op de bijeenkomst van zojuist hierbij de vraag om jullie suggesties o.b.v. de data-analyse van vandaag via de mail te delen met 5.1.2e (5.1.2e @berenschot.nl<5.1.2e @berenschot.nl>) en mij (5.1.2e @gupta-strategists.nl<5.1.2e @gupta-strategists.nl>), via ommegaande e-mail vóór morgen 12:00.

Graag het volgende format gebruiken, zodat we de suggesties effectief kunnen bundelen:

* Situatie: welke inzichten in de data geven aanleiding tot de voorgestelde aanpassing?
* Voorstel aanpassing: hoe ziet de aanpassing er concreet uit?
* Verwacht resultaat: welke verandering in uitkomst is verwacht?

Alvast bedankt voor de bijdrage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

<~WRD0000.jpg>

1. 5.1.2e 5. 5.1.2e

[redacted] <tel: [redacted] >
[redacted] @gupta-strategists.nl< [redacted] @gupta-strategists.nl>
< [redacted] >
<~WRD0000.jpg>

gupta-strategists.nl<http://gupta-strategists.nl/>
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

From: [redacted] | Gupta Strategists
Sent: 17 May 2021 22:58
To: [redacted] @breathomix.com' < [redacted] @breathomix.com< [redacted] @breathomix.com>>; [redacted]
< [redacted] @breathomix.com< [redacted] @breathomix.com>>; [redacted]
< [redacted] @ggdghor.nl< [redacted] @ggdghor.nl>>; [redacted] < [redacted] @ggdghor.nl< [redacted] @ggdghor.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggdghor.nl< [redacted] @ggdghor.nl>>; [redacted]
< [redacted] @berenschot.nl< [redacted] @berenschot.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggdghor.nl< [redacted] @ggdghor.nl>>; [redacted] Landelijk Serviceloket
< [redacted] @landelijkserviceloket.nl< [redacted] @landelijkserviceloket.nl>>; [redacted]
< [redacted] @berenschot.nl< [redacted] @berenschot.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggd.amsterdam.nl< [redacted] @ggd.amsterdam.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggd.amsterdam.nl< [redacted] @ggd.amsterdam.nl>>; [redacted]
< [redacted] @vrln.nl< [redacted] @vrln.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggdfryslan.nl< [redacted] @ggdfryslan.nl>>; [redacted] < [redacted] @ggdghor.nl< [redacted] @ggdghor.nl>>;
[redacted] < [redacted] @ggd.amsterdam.nl< [redacted] @ggd.amsterdam.nl>>; [redacted]
< [redacted] @ggd.amsterdam.nl< [redacted] @ggd.amsterdam.nl>>; [redacted]
< [redacted] @planet.nl< [redacted] @planet.nl>>; [redacted] < [redacted] ;
[redacted] < [redacted] @kpmg.nl< [redacted] @kpmg.nl>>; [redacted]
< [redacted] @kpmg.nl< [redacted] @kpmg.nl>>; [redacted] | Gupta Strategists < [redacted] @gupta-strategists.nl< [redacted] @gupta-strategists.nl>>
Subject: Tussentijdse analyse robuuste verificatie ademtest

Beste allen,

In voorbereiding op het overleg van morgen ontvangen jullie hierbij de tussentijdse analyse van de robuuste verificatie op de RAI. Het document bevat inzichten op basis van de data die tijdens de eerst vier draaidagen is verzameld.

Dit document zal de leidraad zijn voor de bijeenkomst van morgen. Doel van deze eerste meeting is vraagverheldering en gezamenlijke beeldvorming. In een tweede bijeenkomst bespreken we de ideeën, opties en suggesties op basis van deze beeldvorming. De inhoud is vertrouwelijk en mag niet verder verspreid worden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

<~WRD0000.jpg>

[redacted]
GUPTA STRATEGISTS

[redacted] <tel [redacted]
[redacted] @gupta-strategists.nl< [redacted] @gupta-strategists.nl>
< [redacted]
<~WRD0000.jpg>

gupta-strategists.nl<http://gupta-strategists.nl/>
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer