**To:** [redacted] @ggdnog.nl]; [redacted] @ggdnog.nl]; [redacted] @vrln.nl]; [redacted] @vrln.nl]; [redacted] @vrln.nl]; [redacted] @vrln.nl]; [redacted] | Gupta Strategists[ [redacted] @gupta-strategists.nl]; [redacted] @kpmg.nl]; [redacted] @kpmg.nl]
**Cc:** [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @berenschot.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @ggdghor.nl]; [redacted] @breathomix.com]; [redacted] @breathomix.com]
**From:** [redacted]
**Sent:** Thur 6/17/2021 7:16:52 AM
**Subject:** Learnings 14/6 & 15/6
**Received:** Thur 6/17/2021 7:16:59 AM

Beste allen,

Zoals vanochtend afgesproken, hieronder de learnings van Breathomix voor jullie.
Veel succes vandaag weer op jullie locaties en tot vanmiddag!

Met groet, [redacted]

---

**Buikslotermeerplein:**

- In teststraat 9 en 10 is een nieuwe versie van de SpiroNose geplaatst;
- De temperatuur liep vandaag flink op in de teststraat. De temperatuur in de gemaakte hokjes was warmer (>25 graden) dan in de tent zelf. Wellicht is het goed om de temperatuur logs toe te voegen aan de Excel?
- Eén foutieve omgevingsmeting (8:50 uur, 15/6, teststraat 8) welke invloed heeft gehad op 7 metingen.
- Afname + resultaatinterpretatie gaat goed!

**Apeldoorn:**

- In testsstraat 5 is een nieuwe SpiroNose geinstalleerd;
- De koppeling van de Gateway in teststraat 6 was kapot; Ik heb de SpiroNose en Gateway uit teststraat 6 meegenomen voor reparatie. Wij zullen ervoor zorgen dat er een nieuwe set wordt geleverd. @[redacted]: pak jij dit op?
- Ik heb meegekeken met een aantal metingen in de teststraat en enkele praktische tips gegeven om de “breath hold” en “maximale uitademing” errors te verminderen.
- Learnings tijdens data analyse:
  - Extra focus op goede coaching van de breath hold is nodig.
- Resultaat interpretatie gaat goed!

**Venray:**

- In teststraat 1, 2, 3, 4, 7 en 8 staan nieuwe versies van de SpiroNose (vorige week al geinstalleerd);
- Learnings tijdens data analyse:
  - Extra focus op goede coaching van de breath hold is nodig.
  - Extra focus op goede coaching van de maximale uitademing en daarna het mondstuk loslaten is nodig.
- Verhoudingen lijken normal wanneer de MISLUKTE analyses worden genegeerd. Echter is het percentage MISLUKT relatief hoog.
- Resultaat interpretatie gaat goed!

**Algemeen:**

- Uitleg expert view code 10 “Anders” : Bevat zowel “dataverlies” als “error analyse script BreathBase”. Ik zal op een later tijdstip deze splitsen in code 10 voor data verlies en 11 voor error analyse script.
- Tijdens het doorlopen van alle ademcurves valt mij op dat alle regels die we samen hebben bedacht helaas ook een keerzijde heeft: er gaan helaas ook een aantal goede metingen verloren. Zoals eerder uitgelegd gaan alle checks die we uitvoeren (automatische door het system of de visuele check van de afnemer) ook gepaard met een aantal goede metingen die verloren gaan. Laten we er samen voor waken dat we niet alles potdicht timmeren waardoor er straks een stuk minder metingen doorheen komen.

- Helaas blijkt het voor Breathomix erg veel werk om elke dag alle curves van een Expert View te voorzien voor 3 locaties tegelijk. De inclusie van positieven gaat “helaas” niet hard. Met het huidige tempo en de verder dalende prevalentie wil ik jullie vragen om na te denken over een alternatieve werkwijze, omdat het simpelweg voor Breathomix niet nog dagen/weken/maanden vol te houden is. Tenslotte is het voorziene en afgesproken werk inmiddels voor ons verdrievoudigd.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst daarvan.